

Magnescale®

スケールユニット / Scale Unit

SE607

補足説明書 / Supplement

コネクタの固定

スケールケーブルをスライダに接続する際、固定ねじは $0.36 \text{ N}\cdot\text{m}$ で締め付けてください。

Securing the connector

When connecting the scale cable to the slider, tighten the set screws of the connector at $0.36 \text{ N}\cdot\text{m}$.

